

# Mon cas Catastrophe

## Perspectives 2019

29 Novembre 2019

CHU Clermont-Ferrand


Eugenio Rosset, Pierre Combe, Edwin Ripoche,  
Marie Benezit, Adrien Louvancourt, Alban Ch



# Décembre 2017

- **Madame V. 79 ans**
- **Anévrysme aorte coeliaque 60 mm**
- **HTA, Dyslipidémie, 90kg, 1m 65 (IMC : 33)**
- **Pace maker**
- **Embolie pulmonaire sur TVP**
- **Eventration post-péritonite appendiculaire**
- **Gammapathie monoclonale bénigne**
- **Evolutivité (45mm en 2015)**

TDM  
2017  
Pré-op






Dr. V. R.  
6/2/2018

VAF 34-30-150  
VANF -32-32-100  
VANF. 32-32-150

$\phi 7$



TC  $\phi 9$

ANS  $\phi 10$

$\phi 6$  - Bf lante


$\phi 20$

# Intervention 06/02/2018

- Sandwich Module 34-30 + 32-32
- Cheminées TC et AMS , Fluency + Luminex
- Fenêtres HM rénales x2
- Impossible de cathétériser la fenêtre ARG
- Malrotation et contraintes de déploiement majeures malgré reducing ties
- Arrêt de la procédure / durée, patiente agée

# Suites à J1

- Douleurs abdominales + acidose
- Diurèse conservée
- TDM de contrôle...



# CAT?

- Laparotomie
- Revascularisation en urgence AMS et Rein Gauche à partir de l'axe iliaque gauche, terminalisation ARG et Fenêtre laissée en attente.

Pas de souffrance digestive majeure: pas de résection.

droite


gauche





# CAT Fenêtre ARG?


- Fermeture par Plug Amplatzer Disque interne de diamètre 6 (taille de la fenêtre)
- Per-opératoire (01 Mars ):
  - Cathéterisme simple de la fenêtre
  - Mise en place du Plug
  - Pas de fuite visible par la fenêtre





# CAT?


- Surveillance
- Convalescence
- Contrôle prévu à 6 mois...
  
- Finalement réalisé à un an !






# CAT

- Compléter le debranching :
- Endoprothèse sur toute l'aorte vicérale (partie basse du sandwich)
- +Pontage hépato rénal droit (tube paroi mince 6)





Contrôle  
Final ?



